



عنوان خط مشی: استریلیزاسیون فوری

کد خط مشی: POL-EHM-3

تاریخ ابلاغ: ۹۴/۰۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۴/۹/۱

دامنه خط مشی: بخش های درمانی و غیردرمانی

تاریخ بازنگری بعدی: دو سال بعد

صفحه: صفحه ۱ از ۳

مقدمه (ذکر چرایی، هدف تدوین خط مشی، سیاست بیمارستان در رابطه با موضوع خط مشی):

مقدمه: بیمارستان به منظور تضمین استریزاسیون فوری وسایل جراحی که ممکن است حین عمل بر زمین افتاده و آلوده شود و با هدف سرعت بخشیدن به این فرایند و سیاست اجرای استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار این خط مشی را تدوین نموده است

تعریف / تعاریف: به آن دسته از روش های فیزیکی یا شیمیایی گفته می شود که برای از بین بردن کامل کلیه میکروارگانیسم ها بکار برده می شود از جمله میکروبهای بسیار مقاوم بکار برده می شود

مخاطبین: پرسنل اتاق عمل - CSR - پزشکان - بهیاران - تکنسین اتاق عمل و بیهوشی - نیروی خدمات - سوپروایزر کنترل عفونت - پرستاران

خط مشی ۱:

۱. تهیه فهرست تجهیزات ضروری جهت استریزاسیون فوری

۲. لیست وسایل و ابزار جراحی با قابلیت استفاده مجدد تک پیچ بر اساس رشته های جراحی مورد ارائه در بیمارستان و آمار مراجعین

۳. وجود تجهیزات و آگاهی کاربران نهایی با روش اجرایی



بسمه تعالی

دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان :بقیه الله الاعظم(عج)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
معاونت امور درمان

عنوان خط مشی :استریلیزاسیون فوری

کد خط مشی : POL-EHM-3

تاریخ ابلاغ : ۹۴/۰۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری : ۹۴/۹/۱

تاریخ بازنگری بعدی : دو سال بعد

دامنه خط مشی : بخش های درمانی و غیردرمانی

صفحه :صفحه ۲ از ۳

روش های اجرا ۲ (با ذکر سمت و نقش افراد دخیل در اجرای خط مشی)

۱. تنها در موارد اورژانسی و در هنگام بحران ها و بلایا و اتاق عمل از استریلیزاسیون فوری استفاده می گردد
۲. فهرست تجهیزات ضروری جهت استریلیزاسیون توسط واحد بهداشت و CSR تهیه شده است
۳. در حین جراحی در صورت غیر استریل شدن و نیاز فوری مجدده آن (در حالیکه مشابه آن در دسترس نباشد) توسط پرسنل اتاق عمل در اسرع وقت در دمای ۱۳۴ درجه سانتیگراد به مدت ۳ تا ۴ درجه انجام می شود در صورت خراب شدن دستگاه از دکونکس ۵۳+ استفاده می شود
۴. جهت استریلیزاسیون وسیله بایستی بدون پوشش در استریلایزر اضطراری (فوری) توسط نیروی آموزش دیده قرار گیرد
۵. قبل از استفاده دمای وسیله / ابزار جراحی استریل شده بایستی سرد شده و به دمای محیط برسد
۶. در شیفت عصر و شب در صورت عدم اضطراری بودن شرایط بدلیل آنکال بودن پرسنل CSR در صورت نیاز از وسایل استریلیزاسیون فوری در اورژانس و اتاق عمل استفاده می شود.
۷. استفاده از ابزار و وسایل تک پیچ در شرایط موردنیاز و بحرانی نسبت به استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی در استریلایزر فوری ارجعیت دارد
۸. فهرست وسایل و تجهیزات ضروری برای استریلیزاسیون فوری به پیوست می باشد

امکانات و تسهیلات مورد نیاز / چک لیست کنترل (تدوین این قسمت ضروری نیست) : چک لیست ، دستگاه اتوکلاو

نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجرای خط مشی : واحد کنترل عفونت

برنامه پایش خط مشی : (تعیین دوره پایش ، چگونگی بازخورد نتایج پایش و تعامل با مجریان جهت رفع موانع احتمالی اجرای خط مشی):

ماهانه (چک لیست)



بسمه تعالی

دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان: بقیه الله الاعظم (عج)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
معاونت امور درمان

عنوان خط مشی: استریلیزاسیون فوری

کد خط مشی: POL-EHM-3

دامنه خط مشی: بخش های درمانی و غیردرمانی

صفحه: ۳ از ۳

تاریخ ابلاغ: ۹۴/۰۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۴/۹/۱

تاریخ بازنگری بعدی: دو سال بعد

منابع: دستورالعمل استریزاسیون فوری

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	
	مترون	آزاده فجری	تهیه کنندگان
	مسئول اتاق عمل	صادق یارنسب	
	سوپروایزر کنترل عفونت	نرگس زمردی	
	سوپروایزر آموزشی	منیژه تگستانی	
	سرپرستار (بستری)	صدیقه بازویی	
	کارشناس بهداشت محیط	نصرت بوشهری	
	مسئول واحد CSR	علیرضا شیخی	
	مترون	آزاده فجری	تأیید کننده
	ریاست بیمارستان	دکتر ابراهیم فنواتی پور	تصویب (ابلاغ) کنند